



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

**Gruppo Consiliare Forza Italia**  
Il Vicepresidente del Consiglio Regionale

Prot.  
AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

13 FEB. 2020

N. 2268 / 2172

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA  
X<sup>a</sup> LEGISLATURA

IO N. 2018

Firenze, 12/02/2020

Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Eugenio Giani

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA IMMEDIATA ai sensi dell'Art.  
173 Reg. Interno.

**OGGETTO: macchinari per la radioterapia inutilizzati all'Ospedale di Livorno.**

**Il Sottoscritto Consigliere**

- **Considerato** che il reparto di Radioterapia è uno dei più importanti dell'Ospedale di Livorno e che vi gravitano circa 800 malati di tumore ogni anno;
- **Preso atto** che da quasi un anno nel suddetto reparto funziona soltanto uno dei due acceleratori lineari destinati alle sedute di radioterapia;
- **Preso atto** che l'altro apparecchio è stato fermato alla fine della scorsa primavera per permetterne la sostituzione con una macchina di ultimissima generazione che è stata installata a luglio, ma che da luglio ancora non è mai stata messa in attività;
- **Considerato** che a causa di questa inefficienza, medici, fisici nucleari, tecnici, infermieri del reparto hanno dovuto allungare fino a notte i turni delle terapie;
- **Tenuto conto** che i tanti pazienti sono stati costretti ad andare a Lucca o Grosseto per sottoporsi alle cure radioterapiche;

- **Preso atto** che questo apparecchio è destinato a migliorare la precisione dei trattamenti radioterapici sui pazienti oncologici;
- **Ricordato** che il nuovo acceleratore si trova ad oggi inutilizzato, sigillato in uno dei due bunker sotterranei dei padiglioni dell'Ospedale;
- **Considerato** che l'Asl ha speso oltre un milione di euro per un apparecchio che è stato atteso per quasi sette anni;
- **Preso atto** inoltre che la motivazione per la quale il nuovo acceleratore è fermo e inservibile, è un errore nella progettazione dell'impianto antincendio del bunker che dovrebbe ospitare l'apparecchio (progetto che prevedrebbe un sistema antincendio a gas inerte e acqua nebulizzata, sistema che però non può essere impiegato in questo caso), senza il quale l'acceleratore non può essere utilizzato;

**Tutto ciò premesso e considerato**

### **INTERROGA**

**Il presidente della Giunta Regionale e l'assessore competente per conoscere:**

- ❖ Quando l'Asl metterà effettivamente l'acceleratore in operoso esercizio;
- ❖ Quanti macchinari sono stati acquistati negli ospedali toscani negli ultimi tre anni;
- ❖ Quale è stata la spesa complessiva per l'acquisto dei macchinari ospedalieri;
- ❖ Quanti di questi macchinari sono attualmente effettivamente in funzione.

Marcò Stella



SEGRETERIA VICEPRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA MARCO STELLA

PALAZZO del PEGASO - VIA CAVOUR 2, 50129, FIRENZE - TEL. 055/2387750

E-mail: [segreteria.stella@consiglio.regione.toscana.it](mailto:segreteria.stella@consiglio.regione.toscana.it)